

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套
拟采购产品金额	人民币 85 万元
采购项目所属项目名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 85 万元

二、申请理由

☐1.中国境内无法获取:

☐2.无法以合理的商业条件获取:

☒3.其他。

原因阐述:

因临床的迫切需求及医院发展的需要,我院拟采购:电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套。电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头配置互相匹配,用于呼吸道疾病的检查和诊断,兼容科室现有设备,提高设备使用率。目前我院现有电子内窥镜主机 1 套,电子支气管镜 2 根,用于呼吸科。

要求拟采购的电子支气管内窥镜应具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.9\text{mm}$, 插入管具备旋转功能等特点;要求拟采购的电子胸腔镜具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.7\text{mm}$, 精确度高等特点;要求拟采购的超声小探头具备兼容引导鞘管、有效长度大、超声频率高、兼容内镜: $\leq 2.0\text{mm}$ 等特点。而国产的上述设备在稳定性、安全性及上述技术指标等方面与进口产品存在较大差距,无法满足我院的使用需求。故申请购买进口的上述设备。

三、专家论证意见

该设备采购项目所采购的设备是在原单位基础设备上升级改造,所用设备不能脱离医院设备的基本条件。目前该院现有内窥镜和电子支气管镜均为进口产品,进口的产品要求具备激光兼容、高频兼容,要求小探头具备兼容引导鞘管、兼容内镜。而国产产品难以达到上述要求,难以与进口产品兼容。故建议采购进口产品。

专家签字:

李强

2021 年 11 月 17 日

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套
拟采购产品金额	人民币 85 万元
采购项目所属项目名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 85 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取： ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取： ☒ 3. 其他。	
原因阐述： 因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套。电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头配置互相匹配，用于呼吸道疾病的检查和诊断，兼容科室现有设备，提高设备使用率。目前我院现有电子内窥镜主机 1 套，电子支气管镜 2 根，用于呼吸科。 要求拟采购的电子支气管内窥镜应具备激光兼容性、高频兼容性，钳子管道内径：$\geq 2.9\text{mm}$，插入管具备旋转功能等特点；要求拟采购的电子胸腔镜具备激光兼容性、高频兼容性，钳子管道内径：$\geq 2.7\text{mm}$，精确度高等特点；要求拟采购的超声小探头具备兼容引导鞘管、有效长度大、超声频率高、兼容内镜：$\leq 2.0\text{mm}$ 等特点。而国产的上述设备在稳定性、安全性及上述技术指标等方面与进口产品存在较大差距，无法满足我院的使用需求。故申请购买进口的上述设备。	
三、专家论证意见	
经论证，采购拟采购进口电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头设备，申请理由属实。 电子支气管内窥镜要求钳子管道内径 $\geq 2.9\text{mm}$，国产产品达不到该要求，软性部外径 $\leq 5.9\text{mm}$，国产产品也很难达到这一要求； 电子胸腔镜要求钳子管道内径 $\geq 2.7\text{mm}$，且具有激光兼容性和高频兼容性，目前国产产品达不到这些要求； 超声小探头要求插入部 $\leq 1.4\text{mm}$（先端侧）1085mm；$\leq 1.7\text{mm}$（近端侧），且要具有兼容引导鞘管。目前国产产品达不到采购人要求。 专家签字：杨政才 综合以上情况，建议采购进口电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头。 2021 年 11 月 17 日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套
拟采购产品金额	人民币 85 万元
采购项目所属项目名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 85 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3.其他。	
原因阐述:	
因临床的迫切需求及医院发展的需要,我院拟采购:电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套。电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头配置互相匹配,用于呼吸道疾病的检查和诊断,兼容科室现有设备,提高设备使用率。目前我院现有电子内窥镜主机 1 套,电子支气管镜 2 根,用于呼吸科。 要求拟采购的电子支气管内窥镜应具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.9\text{mm}$, 插入管具备旋转功能等特点;要求拟采购的电子胸腔镜具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.7\text{mm}$, 精确度高等特点;要求拟采购的超声小探头具备兼容引导鞘管、有效长度大、超声频率高、兼容内镜: $\leq 2.0\text{mm}$ 等特点。而国产的上述设备在稳定性、安全性及上述技术指标等方面与进口产品存在较大差距,无法满足我院的使用需求。故申请购买进口的上述设备。	
三、专家论证意见	
支气管镜同使用的特殊器械,对软性部外径、钳子管道内径要求比较高,国产器械技术尚不能达到进口器械的技术水平,且不具备微造瘘器、气囊等特殊器械。故本次采购建议优先选用进口产品。 专家签字: 林明国 2021 年 11 月 17 日	

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套
拟采购产品金额	人民币 85 万元
采购项目所属项目名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 85 万元

二、申请理由

☐1.中国境内无法获取:

☐2.无法以合理的商业条件获取:

☒3.其他。

原因阐述:

因临床的迫切需求及医院发展的需要,我院拟采购:电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套。电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头配置互相匹配,用于呼吸道疾病的检查和诊断,兼容科室现有设备,提高设备使用率。目前我院现有电子内窥镜主机 1 套,电子支气管镜 2 根,用于呼吸科。

要求拟采购的电子支气管内窥镜应具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.9\text{mm}$, 插入管具备旋转功能等特点;要求拟采购的电子胸腔镜具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.7\text{mm}$, 精确度高等特点;要求拟采购的超声小探头具备兼容引导鞘管、有效长度大、超声频率高、兼容内镜: $\leq 2.0\text{mm}$ 等特点。而国产的上述设备在稳定性、安全性及上述技术指标等方面与进口产品存在较大差距,无法满足我院的使用需求。故申请购买进口的上述设备。

三、专家论证意见

经论证,该单位拟采购的电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头需要与配套的图像处理主机、冷光源与器械相匹配兼容,用于呼吸道检查与治疗。电子支气管镜景深 2-100mm,最小可视距离可达 3mm,具备激光和高频兼容性。电子胸腔镜的钳子管道内径 $\geq 2.7\text{mm}$,先端部外径 $\leq 6.7\text{mm}$,可使病人检查舒适度提高,同时又保证治疗的器械通道空间。超声小探头可兼容 $\leq 2.0\text{mm}$ 内镜,超声探头有效长度 $\geq 215\text{mm}$ 。

目前国产设备无法兼容该单位原有的主机及配套器械,建议采购进口产品。

专家签字: 科伟

2021 年 11 月 17 日

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套
拟采购产品金额	人民币 85 万元
采购项目所属项目名称	电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 85 万元

二、申请理由

☐1.中国境内无法获取:

☐2.无法以合理的商业条件获取:

☒3.其他。

原因阐述:

因临床的迫切需求及医院发展的需要,我院拟采购:电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头 1 套。电子支气管内窥镜、内科胸腔镜及超声小探头配置互相匹配,用于呼吸道疾病的检查和诊断,兼容科室现有设备,提高设备使用率。目前我院现有电子内窥镜主机 1 套,电子支气管镜 2 根,用于呼吸科。

要求拟采购的电子支气管内窥镜应具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.9\text{mm}$, 插入管具备旋转功能等特点;要求拟采购的电子胸腔镜具备激光兼容性、高频兼容性,钳子管道内径: $\geq 2.7\text{mm}$, 精确度高等特点;要求拟采购的超声小探头具备兼容引导鞘管、有效长度大、超声频率高、兼容内镜: $\leq 2.0\text{mm}$ 等特点。而国产的上述设备在稳定性、安全性及上述技术指标等方面与进口产品存在较大差距,无法满足我院的使用需求。故申请购买进口的上述设备。

三、专家论证意见

经审查,申请及拟购上述设备程序合法,符合法律法规。

法律专家:



2021 年 11 月 7 日

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

专家组成员情况表

姓 名	电 话	职 称	专 业	单 位
杨成才	13489961121	高工	医疗设备	福建省肿瘤医院
李雁	13600802875	高工	医疗设备	福建省立医院
林为国	13706955289	高工	医疗设备	福建医科大学附属协和医院
程希	13506995550	高工	医疗设备	福建医科大学附属第一医院
吴文超	13509360172	律师	法律	福建闽众律师事务所

专家签字:

程希

林为国

杨成才 李雁

吴文超