

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	供应室耗材
拟采购产品金额	1008997 元
采购项目所属项目名称	消毒杀菌用品 [A090502]
采购项目所属项目金额	1,762,846.35 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： (1) 医院相应供应室消杀灭菌设备为进口产品，需相应的配套进口耗材；(2) 由于临床诊疗救治需要，需配套进口消杀灭菌进口耗材才能达到高强度灭菌要求；(3) 进口耗材性能稳定，故障率低，优于同类型国产耗材。且该产品不属于国家限制和禁止进口的产品。因此，我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，申请购买性能稳定、安全性高的进口产品。	
三、专家论证意见	
经论证，平潭综合实验区医院申请采购进口产品的理由成立，使用进口产品要求达到： 1. 可直接观察包外化学监测变色情况，判断物品包装是否通过灭菌处理。 2. 用于清洗过程的效果监测及清洗机的验证，可监测管腔器械及实体的效果。 3. 采购进口产品与国产产品的对比：近年来国产产品也有很大进步，但在高端产品方面还是有差距，同样的消毒时间，显示的效果有差异，进口产品显示更准确。 4. 采购进口产品的必要性：供应室消毒的质量对全院医疗的质量有直接的关系。 5. 采购产品的关联性：消毒需要的耗材，直接影响消毒的质量。 目前国产产品达不到高级要求，建议采购进口产品。 专家签字：陈群华 2022 年 1 月 11 日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	供应室耗材
拟采购产品金额	1008997 元
采购项目所属项目名称	消毒杀菌用品[A090502]
采购项目所属项目金额	1,762,846.35 元

二、申请理由

☐1.中国境内无法获取:

☐2.无法以合理的商业条件获取:

☒3.其他.

原因阐述:

(1) 医院相应供应室消杀灭菌设备为进口产品,需相应的配套进口耗材;(2) 由于临床诊疗救治需要,需配套进口消杀灭菌进口耗材才能达到高强度灭菌要求;(3) 进口耗材性能稳定,故障率低,优于同类型国产耗材。且该产品不属于国家限制和禁止进口的产品。因此,我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定,申请购买性能稳定、安全性高的进口产品。

三、专家论证意见

平潭综合实验区医院根据自身业务方面的需要及对医院供应室耗材产品功能、成份、有效性的要求,提出申请采购进口耗材产品的原因合理,论证如下:

1. 需求的必要性:消毒杀菌用品是临床医院必备的消耗品,其效果直接影响医院的正常医疗诊疗工作。

2. 与现有医疗工作的关联性:上述产品是该院历年来使用的产品,产品的稳定性和有效性有力地支持了该院的正常诊疗工作。

3. 进口产品的不可替代性:该院供应室消杀灭菌设备为进口产品,需相应配套进口耗材,才可以发挥原设备的最佳水平。经市场调研,上述耗材产品在公示有效期内,无国产同类产品可替代进口产品的耗材。

4. 综述:综上所述,建议采购进口消毒用品耗材。

专家签字: 何 兰

2022 年 1 月 11 日

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	湘潭综合实验区医院
拟采购产品名称	供应室耗材
拟采购产品金额	1008997 元
采购项目所属项目名称	消毒杀菌用品[A090502]
采购项目所属项目金额	1,762,846.35 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3.其他。	
原因阐述: (1) 医院相应供应室消杀灭菌设备为进口产品, 需相应的配套进口耗材; (2) 由于临床诊疗救治需要, 需配套进口消杀灭菌进口耗材才能达到高强度灭菌要求; (3) 进口耗材性能稳定, 故障率低, 优于同类型国产耗材。且该产品不属于国家限制和禁止进口的产品。因此, 我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定, 申请购买性能稳定、安全性高的进口产品。	
三、专家论证意见	
湘潭综合实验区医院所购买的供应室耗材, 是用于供应室消毒灭菌设备(世卫组织)的配套耗材。这些耗材的技术要求是: 1.高压灭菌化学指示胶带专门用于灭菌6617高压蒸汽灭菌器; 2.环氧乙烷灭菌指示剂检测环等乙烷灭菌结果, 而环氧乙烷生物指示剂; 3.灭菌清洗剂要求含有蛋白酶、脂肪酶、糖酶、淀粉酶、蛋白酶、蛋白酶、蛋白酶等7种酶, 这些试剂对生物清洗功能具有--针对性、特异性、固着的相关产品与之不足--针对性的关系, 不能完全满足业主在工作过程中的使用要求; 其他耗材的也是国内耗材与产品需--针对性, 能使已购买的进口产品发挥更大的效果。因此建议该单位在购买供应室耗材时, 要购买与进口产品对应的进口耗材。 专家签字: 吴加良 2022 年 1 月 11 日	

备注: 专家组应当由五人以上单数组成, 其中包括一名法律专家, 产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家, 采购人代表不得做为专家组成员参与论证; 参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	供应室耗材
拟采购产品金额	1008997 元
采购项目所属项目名称	消毒杀菌用品[A090502]
采购项目所属项目金额	1,762,846.35 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3.其他。	
原因阐述: (1) 医院相应供应室消杀灭菌设备为进口产品,需相应的配套进口耗材;(2) 由于临床诊疗救治需要,需配套进口消杀灭菌进口耗材才能达到高强度灭菌要求;(3) 进口耗材性能稳定,故障率低,优于同类型国产耗材。且该产品不属于国家限制和禁止进口的产品。因此,我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定,申请购买性能稳定、安全性高的进口产品。	
三、专家论证意见	
经论证,根据技术专家的意见,国内耗材尚无法满足使用单位的需求,且该产品不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》中禁止或限制进口的产品。论证程序合法,符合国家关于采购进口产品的相关法律法规的规定。建议同意采购进口产品。 专家签字: 邱琪 2022年1月11日	

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	供应室耗材
拟采购产品金额	1008997 元
采购项目所属项目名称	消毒杀菌用品[A090502]
采购项目所属项目金额	1,762,846.35 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述:	
(1) 医院相应供应室消杀灭菌设备为进口产品, 需相应的配套进口耗材; (2) 由于临床诊疗救治需要, 需配套进口消杀灭菌进口耗材才能达到高强度灭菌要求; (3) 进口耗材性能稳定, 故障率低, 优于同类型国产耗材。且该产品不属于国家限制和禁止进口的产品。因此, 我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定, 申请购买性能稳定、安全性高的进口产品。	
三、专家论证意见	
经论证: 平潭综合实验区医院购买的供应室耗材申请采购进口产品的理由成立。进口耗材性能稳定, 该院供应室消杀灭菌设备为进口产品, 需配套相应的进口耗材, 才能达到高强度灭菌要求。经全院医务人员要求, 进口耗材优于同类国产耗材, 其性能更稳定, 安全性更高。因此, 建议采购进口耗材。	
专家签字:  2022 年 1 月 11 日	

备注: 专家组应当由五人以上单数组成, 其中包括一名法律专家, 产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家, 采购人代表不得做为专家组成员参与论证; 参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

专家组

成员情况表

姓 名	电 话	职 称	专 业	单 位
黄小琅	13809520145	高工	其他医疗设备	厦门大学附属福州第二医院
邱琪	13509334590	高工	法律	福建建筑学校
俞兰	13509365573	高工	其他医疗设备	福建医科大学
吴丽民	13067230155	高工	其他医疗设备	福建生物工程职业技术学院
唐森财	13489960152	高工	其他医疗设备	福建省第二人民医院

专家签字:

黄小琅 邱琪 俞兰 吴丽民 唐森财

福建省政府采购网上公开信息系统

论证专家抽取情况表

(单一来源/产品进口)



- 一、抽取单位：平潭综合实验区医院
 二、论证项目：
 三、抽取时间：
 四、专家名单：

姓名	电话	职称	专业	单位
黄小琅	13809520145			厦门大学附属福州第二医院
邱琪	13509334590		教育学类	福建建筑学校
俞兰	13509365573		自动化	福建医科大学
吴丽民	13067230155		生物学	福建生物工程职业技术学院
唐森财	13489960152		医用电子仪器	福建省第二人民医院

单位领导：

打印人：卓晓颖

抽取人：

监督人：

打印时间：2022-01-11 13:28:28

说明：本表所打印内容来源于福建省政府采购网上公开信息系统，所示信息为打印时间系统当下所存信息。

> 计划管理 > 论证专家抽取

库内论证专家

补抽论证专家

返回

操作	出席状态	抽取日期	专家姓名	性别	最高学历	所学专业	现从事专业	单位名称 (全名)	执业资格	擅长行业	手机号码	联系地址	所属区域编码	评标类别
无法出席	出席	2022-01-11 13:27:27	曹小琅	女				厦门大学附属福州第二医院			13809520145	福州市仓山区下藤小区1号楼A座301		技术类专家
无法出席	出席	2022-01-11 13:27:27	邱琪	女	大学	教育学类		福建建筑学校	无	hyhf8900	13509334590	福州市台江区桑亭祖庙路正祥尊园1号楼703		法律类专家
无法出席	出席	2022-01-11 13:27:27	俞兰	女	大学	自动化		福建医科大学	造价工程师	hyhf8910	13509365573	福州市台江区仁德路双福花园6座306		技术类专家
无法出席	出席	2022-01-11 13:27:27	吴丽民	女	研究生	生物学		福建生物工程职业技术学院		hyhf2700	13067230155	福建生物工程职业技术学院		技术类专家
无法出席	出席	2022-01-11 13:27:27	唐森财	男	在职大学	医用电子仪器		福建省第二人民医院	无	hyhf8510	13489960152	福州国货东路78号1-408		技术类专家

外邀论证专家

添加外邀专家

退出编辑模式

外邀专家无法出席

保存

出席状态	填写时间	专家姓名	性别	最高学历	所学专业	现从事专业	单位名称 (全名)	执业资格	擅长行业	手机号码
------	------	------	----	------	------	-------	-----------	------	------	------