

采购需求、实施计划及审查意见

采 购 人： 平潭综合实验区医院

项目名称： 平潭综合实验区医院西门子影像设备维保服务采购项目

年 度： 2023 年

第一部分 采购需求

一、采购项目实施的必要性：

平潭综合实验区医院于 2018 年建院时采购一批医疗设备，现将陆续过保，其中西门子影像设备已出现故障的问题。

二、开展需求调查

（一）根据《需求管理办法》第二十八条确定编制单位

编制单位：福建省闽咨造价咨询有限公司

编制时间：2023 年 8 月 3 日

（二）需求调查情况

1. 根据《需求管理办法》第十一条填写相应情形

☒ 应当开展调查

第十一条第（四）款规定的情形：（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

☐ 不重复开展调查

☐ 不需开展调查

2. 根据《需求管理办法》第十条填写需求调查事项相应情形

项目名称	平潭综合实验区医院西门子影像设备维保服务采购项目
调查人员	采购人、招标代理机构

调查对象	本项目采用发布公告的形式开展论证，到公告截止时间止共有 3 家供应商以邮寄形式提交了相关采购需求论证材料，具体名单如下：“南平市瑞源医疗器械有限公司、西门子医疗系统有限公司、江西质萃皆贸易有限公司。
调查时间	2023 年 8 月 3 日
调查地点	福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 B 区 15 层
调查方式	采用论证方式进行需求调查（包括供应商论证、专家论证）

3. 需求调查结果

（1）相关产业发展情况

合同包 1 共有 2 家公司提供了相关产业发展情况：

西门子医疗系统有限公司：随着医学影像技术的更新迭代，各级医院努力拓宽着更多临床诊断的应用场景，追求更快的成像速度，更高的成像质量，而医学影像设备的日常维护与保养，则是实现医院各类临床诊断与应用目标的重要前提，也是实现国家分级诊疗、精准医疗的实施与落地的重要保障。因此，成体系的成熟的大型医学影像设备的维护与保养，在我国医疗水平不断提升的今天，显得尤为重要。

规范化的医学影像设备维保已在各级医院陆续开展多年，尤

其是大型精密的医学影像设备，规范化的维护和保养，已成为保障医院工作诊疗正常开展不可或缺的存在。比如，福建省内三甲医院，已实现大型医学影像设备规范化维保的全面覆盖，同时市场供给状况良好、完善。

为保障大型医学影像设备的良好运行，为病人提供优质的医疗服务，规范化的日常维护，预防性的日常保养，及时迅速及合法安全的维保服务，是实现这一目标不可或缺的措施，因此也需要采购人依据法律法规，严格甄选提供服务的供应商，并严格监管维修备件来源的合法合规性。

（2）市场供给情况

根据需求调查情况，近年来，为更好服务患者，医院对先进医疗设备的投入力度不断增加。据统计，大型医院固定资产总值中约 50%至 70%为仪器设备类投入。很大程度上，医院发展的一个重要标志是引进高端医学影像等大型医疗设备，不仅可提高医院知名度，增强核心竞争力，还会带来巨大的经济及社会效益。

根据国卫健委颁布的《大型医疗设备配置与使用管理办法》第二条规定，大型医疗设备是指“大型医用设备，是指使用技术复杂、资金投入量大、运行成本高、对医疗费用影响大且纳入目录管理的大型医疗器械。”一直以来，大型医疗设备管理是各项检查和考核的重点，涉及大型医疗设备科学配置与合理使用，大

型医疗设备单机效益分析、大型医疗设备精细化管理、大型医疗设备维修保养及质量控制管理等多个维度，其上述各个方面又交叉融合，因此大型医疗设备管理是医院设备管理方面的重点与难点。

2015 年 10 月国家食品药品监督管理总局发布了《医疗器械使用质量监督管理办法》（CFDA 第 18 号令），第三章中详细规定了维修管理要求，即加强在用医疗设备的维护维修管理，并鼓励医疗器械使用单位采用信息化技术手段进行医疗器械质量管理。2019 年 1 月，国务院办公厅颁布《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，明确大型医疗设备维修保养及质量控制管理纳入到三级公立医院绩效考核指标中医疗质量范畴，并逐步覆盖所有医疗机构。对设备管理部门而言，设备管理的维度、维护的强度与深度、保障医疗设备的可靠性及安全性等方面的挑战都在不断增加，传统方法仅仅停留在人工采集、记录的层面，未纳入信息化管理，尚不能满足国家对三级医院评审要求。为实现医疗设备的信息化管理，各大医院上线医疗设备管理系统。然而，大型医疗设备的管理与普通设备完全不同，不仅其维保支出长期占据全院医疗设备维修经费的 60%-80%，需要进行重点关注；更重要的是高端医疗设备由于配置审批复杂及单价高等原因，很难有备用设备，医院对此类设备的重视度更高，也需要通过规范化的日常保养与维修，保障此类高端影像医疗设备的正常运行。

因此，除了设备的原生产厂家，也有许多第三方维修公司应运而生，并挖掘原厂相关技术人员，学习相关技术，购买原厂备件，从而为医院提供相关大型设备的保修服务。

目前，省级医院多以原厂保修为主，市级及县级医院，为节省费用，会选择价格更优惠的第三方维修公司，或者部分设备打包托管，但需仔细甄别公司资质及维修质量，以避免不必要的医疗纠纷及损害医生、患者的身心健康。其中与设备整机注册的核心备件，还需选择原厂测试合格的整机注册件，以保障设备稳定运行，病人安全。尤其是本次采购的大型高端影像设备的维保，还需要选择资质及专业人员配备齐全的供应商进行服务。

（3）同类采购项目历史成交信息

西门子医疗系统有限公司提供了同类采购项目历史成交信息，有 3 个及以上同类采购项目历史成交信息。

（4）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

运行维护、升级更新方面需在后续的招标中要求供应商提供完善的设备维护方案，定期检修更新并及时提供相关的维修解决方案。对备品备件、耗材等方面响应承诺情况作为评分项。

（5）其他相关情况

一、供应商需求调查材料征集意见如下：

1、江西质萃皆贸易有限公司建议：无

2、南平市瑞源医疗器械有限公司建议：

5. 违约责任

5.2 因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。具体赔偿措施及方案，应通过当地法院诉讼进行判决。

5.2 因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。

建议修改为：

5.2 因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。具体赔偿措施及方案，应通过当地法院诉讼进行判决。

5.3 在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失，成交供应商需支付相应的赔偿。

建议修改为：

5.2 因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。如果买方无正当理由违反除付款义务以外的其他服务合同义务并且在收到成交供应商书面通知后 30 日内仍未纠正违约行为的，成交供应商可暂停提供服务合同约定的服务，直到买方纠正违约为止。

5.5 成交供应商提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购人规定的时间内予以整改，每逾期一天，成交供应商应向采购人支付 500 元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失。未在规定时间内整改完成的，采购人有权单方面解除合同并要求成交供应商支付中标总金额 30% 的违约金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。

建议修改为：

5.5 成交供应商提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购人规定的时间内予以整改，每逾期一天，成交供应商应向采购人支付 500 元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失。未在规定时间内整改完成的，采购人有权单方面解除合同并要求成交供应商支付中标总金额 30% 的违约金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。每次完成服务后，应由用户代表在相关服务报告上签字确认。如果

买方/用户对某次服务有异议，应在该次服务结束后 2 周内向成交供应商书面反馈。

3、西门子医疗系统有限公司建议：

3.3.2、每天开通服务时间不少于 12 小时（400 专线服务）。投标人需对此项做出单独承诺。

建议修改为：

3.3.2、每天开通服务时间 24 小时（400 专线服务）。投标人需对此项做出单独承诺。

修改原因：此类大型高端影像设备，不仅在日常医学诊断中频繁使用，同时在夜间急诊等特殊时段均需保持运行，因此需要 24 小时的服务热线支持，以应对不同的设备突发情况。

3.2.1、具备远程诊断系统，并可以提供远程维修技术支持和远程临床运用服务支持等功能。

建议修改为：

3.2.1、具备远程诊断系统，并可以提供远程维修技术支持和远程临床运用服务支持等功能。并能够提供由国家公安部认证的相关远程服务的资质证书。

修改原因：在信息安全日益重要的当下，若供应商提供的远程服务无法保障安全及合法性，则对于医院是存在潜在安全隐患的。因此应提供由国家公安部认证的相关远程服务的资质证书。

5.3 在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失，成交供应商需支付相应的赔偿。

建议修改为：

5.3 在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失，成交供应商需支付相应的赔偿。若因采购人未依据合同约定付款，则成交供应商有权暂停服务，并书面通知采购人，直至采购人履约为止。

修改原因：若因采购人未履约原因，则不应由中标供应商承担赔偿责任。

5.5 成交供应商提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购人规定的时间内予以整改，每逾期一天，成交供应商应向采购人支付 500 元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失。未在规定时间内整改完成的，采购人有权单方面解除合同并要求成交供应商支付中标总金额 30% 的违约金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。

建议修改为：

5.5 成交供应商提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购人规定的时间内予以整改，每逾期一天，成交供应商应向采购人支付 500 元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失。未在规定时间内整改完成的，采

购人有权单方面解除合同并要求成交供 应商支付中标总金额 30%的违约金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若采购人认为履约过程中，成交供应商未达到合同约定标准，应根据招标要求书面告知并给予 30 个工作日的争个时间。

修改原因：具体要求应以招标的技术商务标准及最终签署的合同细则为准，并给予整改时间。

5.8 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供 应商的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

建议修改为：

5.8 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供 应商的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。中标供应商应对其违约行为给买方造成的直接损失承担赔偿责任。在中国法律允许的范围内，中标供应商向买方承担的全部赔偿额每年累计不超过该年度的合同金额；并且中标供应商对买方的间接损失（例如：利润损失、收入损失、储蓄损失、数据丢失等）不承担

赔偿责任。为明确起见，因中标供应商故意或重大过失造成买方财产损失或因中标供应商原因造成人员伤亡事件时，上述责任限额不适用，应依法处理。

修改原因：如遇重大伤亡事故，应依法处理，由法院判决赔偿责任。

二、专家意见如下：

（一）就各供应商提出的建议专家建议如下：

1、技术参数要求：

建议新增：维保的技术人员的相关原厂应用培训证书和社保证明材料（提供投标截止期前六个月的任意一个月社保证明材料）。

2、评分办法：商务项：

3）同类型项目经验

投标人提供的自 2019 年 1 月 1 日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），由投标人所完成的同类型 CT 或者磁共振设备维保（整机全保维保）项目情况，由评标委员会进行评分：每提供一份得 1.5 分，满分 3 分。注：投标人须同时提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件。）

建议佐证材料中添加：相关验收证明材料。

（二）专家意见如下：

1、本项目采购需求客观、明确、市场竞争充分。

2、该项目的招标技术参数要求未见倾向性及歧视性条款，符合国家招标采购的相关规定。

3、关于风险管控措施：

3.1 国家政策变化应对措施：采购人有权按相应政策调整，采购人不承担违约责任。

3.2 实施环境变化应对措施：采购人有权按相应政策调整，采购人不承担违约责任。

3.3 重大技术变化应对措施：采购人有权按相应政策调整，采购人不承担违约责任。

3.4 预算项目调整应对措施：采购人有权按相应政策调整，采购人不承担违约责任。

3.5 因质疑投诉影响采购进度应对措施：启动应急采购机制。

3.6 采购失败应对措施：重新组织采购。

3.7 不按规定签订或者履行合同应对措施：没收保证金后并上报财政部门，重新招标。

3.8 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：采购人有权终止采购合同，中标人应承担相应法律责任。

（三）需求清单

1. 根据《需求管理办法》第七条填写项目概况

1.1 投标人及所投产品应满足下述要求：

1.1.1 投标人所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

1.1.2 投标人应按正规销售渠道供货，保证采购人能享受原厂或原厂认可的售后维修机构的售后服务。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。投标人提供的产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

1.1.3 投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

1.2、核心产品：本章第二、技术和服务要求中带◆号产品为核心产品（如没有◆号表示本项目无核心产品要求），所有核心产品不同供应商均用同一品牌产品参加同一个采购包投标

的，视为提供相同品牌产品，按招标文件第四章第 6.4-（2）款规定评审。

1.3、本项目技术参数应满足的标准及规范，若有更新，则按更新后的国家和部门标准执行。

2. 采购项目预算

项目预算：650 万元

包 1 预算：650 万元

3. 根据《需求管理办法》第六条、第八条、第九条设置技术要求 and 商务要求

西门子影像设备维保服务采购项目

招标参数

一、项目内容

本服务项目包含西门子影像设备：2 台 CT 设备包含 SOMATOM Perspective 128（序列号 121066），及 SOMATOM Definition AS 128（序列号 92032）及其后处理工作站 syngo.via（序列号 131922）；2 台磁共振设备包含 1.5T 磁共振 MAGNETOM ESSENZA Dot（序列号 139233），3.0T 磁共振 MAGNETOM Spectra（CN）（序列号 156061）；2 台小 C 臂机包含 Cios Connect（序列号 21067），Cios Connect（序列号 21068）；2 台移动 DR 包含 MOBILETT Mira Max（序列号 3418），MOBILETT Mira Max（序列号 3419）；2

台 DR 包含 Ysio Max（序列号 40044），MULTIX Fusion Max（序列号 20113）；2 台胃肠机包含 Luminos Fusion VE FD（序列号 41149），Luminos Fusion VE FD（序列号 41173）；1 台乳腺机 Mammomat Fusion（序列号 1601）。

维保服务包含人工及配件全保服务，即在机器出现故障情况下提供紧急的人工技术服务，含差旅费，在有备件时，设备故障发生情况下，提供合同范围内的所有备件，并享受远程诊断服务，提供系统软件安全性升级服务。

二、采购项目预（概）算：650 万元

三、项目要求

2.1、西门子 CT 设备 SOMATOM Perspective 128（序列号 121066）主机的所有备件保修两年（除第三方设备不保，其人工和备件全保）。

2.2、西门子 CT 设备 SOMATOM Definition AS 128（序列号 92032）主机的所有备件保修两年（除第三方设备不保，其人工和备件全保）。

2.2.1 西门子 CT 后处理工作站 syngo.via（序列号 131922）主机的所有备件保修两年（除第三方设备不保，其人工和备件全保）。

2.3、西门子 1.5T 磁共振 MAGNETOM ESSENZA Dot（序列号

139233) 主机的所有备件保修两年(除第三方设备不保,磁体维修不保,其人工和备件全保)。

2.4、西门子 3.0T 磁共振 MAGNETOM Spectra (CN) (序列号 156061) 主机的所有备件保修两年(除第三方设备不保,磁体维修不保,其人工和备件全保)。

2.5、西门子 2 台移动 DR 包含 MOBILETT Mira Max (序列号 3418), MOBILETT Mira Max (序列号 3419); 2 台 DR 包含 Ysio Max (序列号 40044), MULTIX Fusion Max (序列号 20113); 2 台胃肠机包含 Luminos Fusion VE FD (序列号 41149), Luminos Fusion VE FD (序列号 41173); 1 台乳腺机 Mammomat Fusion (序列号 1601) 每年度共用 9 次人工,6 个常规备件(除第三方设备不保,球管及探测器不保,其人工和备件全保)。

2.6、西门子 2 台小 C 臂机包含 Cios Connect(序列号 21067), Cios Connect (序列号 21068) 主机的所有备件保修两年(除第三方设备不保,球管,探测器不保,其人工和备件全保)。

3、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

3.1、投标人在福建省内有专业的维修工程师(CT,磁共振,X 光机,C 臂机),并注明福建省内服务于本项目的维修工程师的名录(至少 3 名)、联系方式,提供工程师通过原厂针对同类

CT，磁共振，X 光机，C 臂机设备的维修培训所获证书（技术人员的相关原厂应用培训证书和社保证明材料（提供投标截止期前六个月的任意一个月社保证明材料））。

3.1.1、要求配套工程师安装过同类机器 ≥ 3 台。

3.1.2、要求配套工程师维修过同类机器 ≥ 5 年。

3.1.3、有研发工厂和临床应用服务支持。

3.2、服务类型要求：定期巡检、远程服务（电话支持、宽带远程支持）、现场服务。

3.2.1、具备远程诊断系统，并可以提供远程维修技术支持和远程临床运用服务支持等功能。并能够提供由国家公安部认证的相关远程服务的资质证书。

3.2.2、能通过远程系统进行设备的维护，并提供设备运行状况报告。

3.3、必须具备 400 客户服务专线电话。

3.3.1、每年 365 天开通，并有专人接听（400 专线服务）。

3.3.2、每天开通服务时间不少于 24 小时（400 专线服务）。
投标人需对此项做出单独承诺。

3.4、具有原厂专业维修工具，并提供相关专业校准信息以供核实。

3.5、在国内具有专业快速的物流配送渠道（提供库房租赁合同证明材料复印件）。

3.6、每年为 CT、磁共振、小 C 臂机提供两次定期保养，其中 CT 有一次保养包含原厂碳刷的耗材更换。

3.7、接到报修后 2 小时内响应。

3.7.1、如有需要，工程师 24 小时内到场。

3.8、中标人提供达到 95%以上的开机率。开机率计算公式： $(365 - \text{故障天数}) / 365$ ，如未达到 95%的开机率，每低 1%，合同期限相应延长 5 个日历日。

3.9、每次维修后向采购人提供书面维修报告。并向采购人提供现场故障维修讲解服务。每年为采购人提供具备厂家标准的维修保养服务，提供维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

3.10、如采购人提出需要，设备故障维修后，因硬件更换及软件变更或升级，投标人应能提供给采购人重新对操作人员和技术人员进行应用培训。

▲3.10.1、应用培训服务人员资质：提供相应的原厂应用培训证书和雇佣关系证明：相关原厂应用培训证书和社保证明材料（提供投标截止期前六个月的任意一个月社保证明材料。

3.10.2、服务期内应提供保修设备的原厂系统软件安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。

3.11、能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件

诊断维修钥匙(Service Key)。投标人需对此项做出单独承诺。

★3.12、CT 设备出现球管问题，需要更换球管时能提供报关单以及原厂球管合格证书。投标人需提供报关单以及原厂球管合格证书证明材料。

▲3.12.1、CT 球管故障预警：能预警球管故障，需提供预警机制介绍及预警界面截图。

▲3.13、具备原厂专业维修工具，并能够提供磁共振梯度线圈安装工具，励磁电源，匀场架，磁体氦气检漏仪，TX-BOX 更换工具，紧急失超开关专用检测工具的报关单。

3.13.1、如磁共振线圈出现故障需更换新线圈，所更换线圈必须可用于人体，提供 CFDA 证书复印件佐证。

▲3.14、在保修期内必须保证更换的零部件必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，每个配件合法纳税，若为进口配件，需提供海关报关证明材料复印件，与原有设备完全相兼容，且为原厂检测合格原装货物，保证设备正常使用及运转。投标人需对此项做出单独承诺。

★3.14.1、如果供应商不是制造商，须书面承诺中标后向设备制造商购买原厂备件给予维修更换并在投标文件中提供专项承诺函。

★3.15、供应商可为 3.0T 磁共振 MAGNETOM Spectra (CN) (序列号 156061) 提供 5G RSA 远程扫描培训服务，并保证提供

的硬件设备端可以利用专用控制终端和摄像头，分别获取影像设备的各项数据和病人的画面，通过网络实时传送，帮助医院开展远程扫描服务。每年度提供 100 小时该服务，投标人需对此项做出单独承诺。

★3.16、供应商可为 3.0T 磁共振 MAGNETOM Spectra (CN) (序列号 156061) 提供西门子原厂整机注册的全新专用 16 通道肩关节线圈。投标人需对此项做出单独承诺。

▲3.17、供应商可为 CT 设备 SOMATOM Definition AS 128 (序列号 92032) 提供原厂四维工作流程并行重建软件，并保证软件来源的合法性及安全性。投标人需对此项做出单独承诺。

商务内容

- 1、项目实施地点：平潭综合实验区医院（以合同为准）。
- 2、采购合同：采购合同由中标供应商和采购人双方签订。
- 3、服务有效期：本期服务有效期为 24 个月，从合同签订生效之日开始计算。
- 4、付款方式：采购合同由中标供应商和采购人双方签订；合同签订生效后一个月内，支付合同总款的 65%，服务期满 13 个月后，支付合同总款的 35%

5、违约责任

5.1 本项目不允许中标人以任何名义和理由在成交后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作转包、分

包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

5.2 因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。

5.3 在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失，中标人需支付相应的赔偿。

5.4 在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权进一步提出追索和索赔：

5.4.1 中标人提供的服务实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求服务的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

5.4.2 投标人提供的维修配件等不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售后维修机构售后服务的；

5.4.3 中标人未能按合同规定履行其义务的；

5.4.4 在签订采购合同之后，中标人要求解除合同的；

5.5 中标人逾期提供服务的（不可抗力除外），每逾期一天，偿付 1000 元违约金；若中标人逾期达 30 天（含）以上的，采购人有权单方面解除合同并要求中标人支付中标总金额 30% 的违约

金，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

5.6 中标人提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购人规定的时间（15 个工作日）内予以整改，每逾期一天，中标人应向采购人支付 1000 元违约金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。未在规定时间内整改完成的，采购人有权单方面解除合同并要求中标人支付中标总金额 30% 的违约金，中标人仍应按上述约定支付逾期违约金。

5.7 采购人有权在未付尾款中直接扣减中标人应付违约金。尾款不足以支付违约金的，采购人有权提出追索和索赔。

5.8 因中标人原因发生任何事故，所造成的所有人员伤亡、财产损失和责任均由中标人承担，与采购人无关。中标人除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.9 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.10 任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、差旅费等费用均有权要求违约

方承担。

5.11 因中标人原因发生重大事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.12 合同期满或解约后，无论何种原因，中标人必须完好无损的移交维保范围内的物资材料及其管理期间内所掌握和产生的全部资料，并配合采购人办理好移交手续，有权追究因此产生的一切法律经济责任。

第二部分 采购实施计划

三、制定采购实施计划

(一) 根据《需求管理办法》第二十八条确定编制单位

编制单位: 福建省闽咨造价咨询有限公司

编制时间：2023 年 8 月 3 日

（二）明确合同订立安排事项

1. 根据《需求管理办法》第十五条确定开展采购活动的时间：2023 年 8 月上旬开展采购需求调查；2023 年 8 月下旬完成招标文件编制工作，发布預告（若有），招标文件评审工作；2023 年 9 月中旬或下旬发布招标公告；2023 年 10 月中旬开标评标、发布结果公告、签订合同事宜。

2. 根据《需求管理办法》第十六条确定采购组织形式和代理机构

(1) 采购组织形式:

☐ 集中采购☒ 分散采购☐ 自行采购

(2) 代理机构选择方式及结果（根据项目特点、代理机构专业领域和综合信用评价结果确定）：

☐ 自主选择: _____

☐ 全库摇号：随机抽取

☐ 单位自建库摇号：_____

3. 采购项目项目预（概）算及最高限价

包 1 预（概）算：650 万元

最高限价：650 万元（参考依据：经第三方造价单位编制招标控制价后于 2023 年 08 月 03 日对项目方案及招标控制价进行审定，招标控制价 650 万元，确定为本项目最高限价。）

4. 根据《需求管理办法》第十九条确定采购方式并说明理由。

（1）采购方式

☒ 公开招标

☐ 邀请招标

☐ 竞争性谈判

☐ 竞争性磋商

☐ 询价

☐ 单一来源采购

☐ 其他采购方式：_____

选择采购方式的理由：达到公开招标数额标准。

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☒ 不需要

☐ 需要，报批安排：_____

5. 根据《需求管理办法》第二十条明确项目竞争范围

☒ 公开方式

☐邀请方式，依据：_____

6. 根据《需求管理办法》第十七条明确采购包或合同分包要求：

包号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口	分包 要求
包 1	西门子影像设备维保服务	C23120500	项	1	否	不允许分包

采购进口清单外的产品报财政部门核准安排： 无

7. 根据《需求管理办法》第十四条、第十八条设定供应商资格条件

包 1

法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

特定条件：无

8. 根据《需求管理办法》第十九条、第二十一条确定评审方法和评审因素

包 1

☐最低评标价法，选择该评审规则的理由：_____

☒综合评分法，选择该评审规则的理由：该服务采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强。

价格项 20 分，技术项 65 分，商务项 15 分

技术项

评 标 项 目	评标分 值	评标方法描述
技术分	41 分	根据各投标人对《第五章招标内容及要求》“第二、技术和服 务要求”中的各项技术参数、服务要求的响应承诺情况，由评委进行评议并评分：招标文件中标注“★”条款为实质性要求（共 4 项），不得出现负偏离，否则 投标无效；“▲”条款每满足一项，得 3 分（共 5 项）； 其余条款每满足一项，得 1 分（共 21 项）；各细项指 标完全满足招标文件技术参数要求（无偏离或正偏离） 的得 41 分（共 30 项）。
1. 一 般 备 件 保 障情况	3 分	合同期内发生零部件故障，（1）投标人维修时所有更 换的备件与原机备件同一规格型号且必须为原厂家认 证/测试合格件的得 3 分；（2）若投标人维修时所有更 换的备件为非原厂备件的不得分。注：投标人须针对此 项单独提供书面承诺函，若投标人非原厂备件生产商， 还应提供近 1 年内与该原厂签订的有效期内的采购合 同复印件，医疗器械配件需提供注册证，未提供或提供

		不齐全的不得分。
2. 核心 备件保 障情况	3 分	要求合同期内为西门子 CT 设备 SOMATOM Definition AS 128（序列号 92032）更换的球管必须为合法授权渠道取得的全新与原机型号一致的原厂球管，需要出具厂家合格证书（附样本）。投标人必须书面承诺：维修中所更换的备件为原厂生产，能提供厂家合格证书（附样本），进口备件需提供相应的报关单。投标人提供相应承诺函的得 3 分，承诺函须包含但不限于以上内容，未提供或提供无效者不得分。
3. 设备 系统安 全级别 的设备 升级技 术	3 分	根据各投标人能及时合法获取原厂系统安全性、完善性软硬件升级通知并能免费提供原厂系统安全性、完善性软硬件升级服务，能获得原厂维保设备全套完整设备系统软硬件升级、随时按需要取得设备生产者研发和工厂的技术、物力的支持的得 3 分。投标人须针对此项单独提供书面承诺函，承诺函须包含但不限于以上内容，未提供的不得分。
4. 专业 服务能	3 分	投标人可提供全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂维修密钥才能解决的设备故障，能合法有效取

力		得原厂维修密钥、并保证密钥的使用不侵犯第三方利益的得 3 分。投标人须针对此项单独提供书面承诺函，承诺函须包含但不限于以上内容，未提供的不得分。
5. 重大 案 例 维 修能力	3 分	提供高端 CT 探测器更换、CT 机架更换、CT 滑环更换的案例证明材料（包括维修工单及备件对应报关单），每提供一份得 1 分，满分 3 分。
6. 应 急 措 施 方 案	3 分	根据投标人提供的应急措施方案，方案内容包括特殊时期(如法定节假日、春节期间、检察评比等)和其他突发事件的应对措施、人员配置，方案完善，描述详实，内容具体，可操作性强的得 3 分；方案基本完善，描述详实，内容较具体或部分可操作性强的得 2 分；方案描述简单、仅部分可行的得 1 分；未提供不得分。
7. 监测 预 警 技 术	3 分	投标人或投标人服务机构具有实时液氦平面在线检测能力和实时磁体内温监测并显示数据的，得 3 分。投标人需提供满足上述功能需求完整的证明材料：实时在线液氦及磁体状态界面、磁体内温照片（至少各 2 张，每张相隔时间不超过 1 分钟）。提供不齐全不得分。
8. 各 项 管 理 制 度 及 人	3 分	根据各投标人或投标人服务机构提供的各项管理制度及人员培训制度，由评委进行评分：各项管理制度及人员培训制度完整、详细、可实施性强的，得 3 分；各项

员 培 训 制 度		管理制度及人员培训制度较为完整、但不够详细，可实施性较强的，得 2 分；各项管理制度及人员培训制度简略，可实施性一般的，得 1 分；其他情况不得分。
--------------	--	--

商务项 15 分

1) 满意度情况	3 分	根据投标人提供的 2019 年 1 月 1 日至投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)，由投标人服务过医疗设备维保的单位出具项目服务满意评价，每提供一份得 1 分，满分 3 分。供应商须同时提供服务满意评价证明材料及合同复印件。未同时提供以上材料的不得分。（业绩情况不得与本项满意度情况重复）
2) 便捷化服务	3 分	根据投标人售后服务机构设置情况（沟通交流方便性、应急处理能力、是否可到现场监督检查等），由评委进行评议，设置可行、实用性强，合理的得 3 分；设置可行、实用性较强，较合理的得 2 分；设置可行、实用性一般的得 1 分；未提供的不得分。（需详细列出售后服务的机构名称、地址、联系人、联系电话等，并附相关证明文件，否则本项不得分）。

3) 同类型项目经验	3 分	投标人提供的自 2019 年 1 月 1 日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），由投标人所完成的同类型 CT 或者磁共振设备维保（整机全保维保）项目情况，由评标委员会进行评分：每提供一份得 1.5 分，满分 3 分。注：投标人须同时提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、相关验收证明。
4) 备品备件库	3 分	投标人在国内具备至少 2 个专门的零备件仓库的，得 3 分；未提供不得分。投标人须提供租赁合同或产权证明等能体现仓库地址和面积的相关证明材料。
5) 管理体系证书	3 分	投标人具有有效期内 ISO13485 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，每提供一份的得 1 分，满分 3 分，须提供证书复印件，未提供的不得分。

（三）合同管理安排

1. 根据《需求管理办法》第二十二条确定合同类型

包 1

☐ 买卖合同

☐ 建设工程合同

☐ 技术合同

☐ 物业服务合同

☐ 委托合同

☐ 其他：_____

选择合同类型的理由：按照民法典规定的典型合同类别，
结合采购标的的实际情况确定。

2. 根据《需求管理办法》第十九条确定定价方式并说明理由

包 1

☒ 固定总价

☐ 固定单价

☐ 成本补偿

☐ 绩效激励

选择定价方式的理由：招标内容已明确采购标的及具体数量
投标人报价应包括本项目涉及的有关项目的所有费用进行报价，
采购人不再承担其他任何费用。

3. 根据《需求管理办法》第二十三条确定合同文本的主要条

☒属于《需求管理办法》第十一条范围的采购项目，合同文本需经法律顾问审定。

包 1

4. 根据《需求管理办法》第二十四条制定履约验收方案

(1) 履约验收主体

☐ 其他: _____

合同签订后，一年内完成采购清单设备维保服务。

（3）履约验收方式

采购人按照招标文件、中标人的投标文件和本项目约定的服务内容及质量要求按次组织对中标人所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：完成日常维保任务并通过采购人验收。

（4）履约验收程序

保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收合格后，供应商凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

（5）履约验收内容

采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

（6）履约验收验收标准

按国家相关标准、招投标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则中标人应按照国家有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

(7) 履约验收其他事项

验收过程中,若发现设备质量有问题中标人应无条件免费更换,并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。若中标人提供产品一直无法通过采购人最终验收,采购人有权终止合同。在此期间,中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

5. 根据《需求管理办法》第二十五条制定风险管控措施包 1

(1) 国家政策变化应对措施: 采购阶段: 按新政策调整; 合同签订: 终止合同的签订; 履约阶段: 终止合同。因国家政策变化属于不可抗力,双方不承担不签订合同或不履约的法律责任。

(2) 实施环境变化应对措施: 可预见的: 调整采购需求; 不可预见的: 双方协商调整采购需求,若因不可抗力不能履行民事义务的, 不承担民事责任。

(3) 重大技术变化应对措施: 采购公告环节: 根据是否影响预算进行更正或重新开展采购活动(原预算金额过高: 更正公告、设置最高限价; 原预算金额过低: 终止采购, 报告本级财政部门, 调整预算重新组织采购活动); 采购过程: 终止采购活动; 采购结果环节: 废标(将废标理由通知所有投标人, 且将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。除采购任务取消情形外, 须重新组织招标。需要采取其他方式采购的, 应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理

部门或者政府有关部门批准）；合同履行过程：终止采购合同。

（4）预算项目调整应对措施：同一项目内合同包预算调整：预算主管部门审批；同项目预算调剂：同级财政部门审批。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：妥善处理质疑：组织专家重新评审、组织原评标委员会协助质疑答复等，配合处理投诉。

（6）采购失败应对措施：重新组织采购或变更采购方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：供应商拒签合同的：类推下一候选人（若有）或重新开展采购活动；并报告财政部门。供应商不按规定履行合同（擅自变更、中止、终止合同）的：改正后继续履约，按照合同的约定追究供应商的违约责任；情节严重或者拒不整改的追诉民事责任（包括赔偿及履约保证金等），同时报财政部门，由财政部门依法处理。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：1、调查阶段：调整需求内容；2、采购文件编制阶段：采购文件调整；3、评审过程：终止评审；4、合同签订：终止合同的签订，向财政部门备案；5、履约阶段：双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第三部分 审查意见

四、采购需求和采购实施计划的审查意见

(一) 审查时间及地点：2023 年 8 月 3 日；福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 B 区 15 层

(二) 审查对象

1. 采购需求

(1) 参与确定采购需求的专家、第三方机构：

参与确定采购需求的专家：林可华、林烽、王继光、吕凤明、郑维山；

第三方机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

(2) 采购需求版次：2023 年 8 月 3 日（第 1 版）

2. 采购实施计划

(1) 参与确定采购实施计划的专家、第三方机构：

第三方机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

(2) 采购实施计划版次：2023 年 8 月 3 日（第 1 版）

(三) 根据《需求管理办法》第三十二条确定审查人员

序号	姓名	单位	内部机构	职务/职称	联系方式	备注
1	林在香	平潭	院部	副院长	23166669	
2	俞兆宏	综合	院部	副院长	23166687	
3	念保清	实验	财务科	科长	13960893529	

4	张强	区医院	审计科	科长	13809529756	
5	杨虹		设备科	科长	13509364778	
6	念其春		党办	科长	13805039703	
7	许品富		影像科	主任	13705920901	

(四) 审查内容与结果

1. 根据《需求管理办法》第三十条开展一般性审查

审 查 内 容	审查结果	审查不通过原因
如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查	通过	无
采购需求是否符合预算管理制度规定	通过	无
采购需求是否符合资产管理制度规定	通过	无
采购需求是否符合财务管理制度规定	通过	无
对采购方式的选择是否说明适用理由	通过	无
对评审规则的选择是否说明适用理由	通过	无
对采购合同类型的选择是否说明适用理由	通过	无
对定价方式的选择是否说明适用理由	通过	无

属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排	通过	无
采购实施计划是否完整	通过	无
审查结论	通过	

审查人员（签字）：

2. 重点审查

(1) 根据《需求管理办法》第三十三条确定是否需要重点审查

☐ 需要，属于《需求管理办法》第十一条规定范围的项目

☐ 需要，主管预算单位或采购人确定的其他需要重点审查的项目

☐ 不需要

(2) 根据《需求管理办法》第三十一条开展重点审查

审 查 内 容		审查结果	审查不通过原因
非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定	资格条件设置是否合理	通过	无
	要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性	通过	无
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等	通过	无
	评审因素设置是否具有倾向性	通过	无

产品)	将有关履约能力作为评审因素是否适当	通过	无
竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争）	应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式	通过	无
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形	通过	无
	采购需求的内容是否完整、明确	通过	无
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性	通过	无
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当	通过	无
采购政策审查	进口产品的采购是否必要	通过	无
	是否落实支持创新政府采购政策要求	通过	无
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求	通过	无
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求	通过	无
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求	通过	无
	是否落实促进残疾人就业政府采	通过	无

	购政策要求		
履约风险 审查	合同文本是否按规定由法律顾问 审定	通过	无
	合同文本运用是否适当	通过	无
	是否围绕采购需求和合同履行设 置权利义务	通过	无
	是否明确知识产权等方面的要求	通过	无
	履约验收方案是否完整、标准是否 明确	通过	无
	风险处置措施和替代方案是否可 行	通过	无
采购人或 者主管预 算单位认 为应当审 查的其他 内容	(应列明审查的具体内容)	无	无
审查结论		通过	

审查人员（签字）：_____

（五）审查结论

审查结果全部为“通过”的，则审查结论为“通过”。审查

结果有一项为“不通过”的，则审查结论为“不通过”。对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

☒ 通过

☐ 不通过，应当修改并重新审查。

