

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土评〔2016〕14号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 X-射线食品质量检测设备项目 环境影响登记表的批复

宗仁科技（平潭）有限公司：

你单位报送的《X-射线食品质量检测设备项目环境影响登记表》（以下简称《登记表》）及申请审批的报告收悉。经研究后，批复如下：

一、该项目位于平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园17号楼6层，主要代理销售X-射线食品质量检测设备，项目仅存放一台X光机，主要为客户提供演示。设备型号为MEKI X-射线食品检测系统，管电压为30-60kV，输出电流为0.2-2.5mA，用途为检测事物

当中存在的异物。

该项目在落实《登记表》中提出的各项环保措施和辐射防护措施的前提下，从辐射安全和环境保护角度，同意你司按照《登记表》中所列建设项目的地点、性质、规模进行建设。

二、你单位必须全面落实《登记表》提出的各项辐射防护与安全管理对策措施，并着重做好以下工作：

1. 辐射场所必须按照规范设置明显的“电离辐射”警告标志和必要的防护设施，定期检查辐射安全设施的有效性。X射线机使用场所的设计、施工必须达到辐射防护要求，辐射控制执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

2. 放射性工作人员按要求进行辐射防护知识培训，持证上岗。建立个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计，并定期接受个人剂量监测。

3. 购置必要的辐射监测设备并制定监测方案，定期对辐射安全状况进行自查，对辐射工作场所周边环境进行监测，发现安全隐患应立即整改。

4. 制定并严格遵守相关操作规程，加强环境风险防范措施建设，制定事故应急处理预案，落实各项辐射安全管理措施。

5. 按规定妥善处置退役设备和相关废物。

四、项目的环境影响登记表经批准后，若场地或者设备型号发生变化，你司应重新报批本项目环评文件。

五、我局委托区环境监察支队组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。你单位应在建设前将拟采取的环境

保护措施与计划报区环境监察支队备案。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年8月18日



抄送：平潭综合实验区经济发展局

平潭综合实验区环境与国土资源局办公室

2016年8月18日印发

