

福建省卫生和计划生育委员会

福建省卫生计生委转发省食品药品监督管理局 关于加强体外诊断试剂等医疗器械 监管工作的通知

各设区市卫生计生委、平潭综合实验区卫生计生局,委直属各医疗单位,福建医大、中医药大学各附属医院:

现将《福建省食品药品监督管理局关于加强体外诊断试剂等医疗器械监管工作的通知》(闽食药监械函〔2016〕146号)转发你们,请认真贯彻执行。

福建省卫生计生委

2016年5月18日

福建省食品药品监督管理局

闽食药监械函〔2016〕146号

福建省食品药品监督管理局关于加强 体外诊断试剂等医疗器械监管工作的通知

各设区市食品药品监督管理局，福州市、厦门市、平潭综合实验区市场监管局：

为切实加强医疗器械监管，进一步规范医疗器械生产、经营和使用秩序，严厉打击生产、经营和使用无注册证医疗器械行为，强化医疗器械冷链运输、贮存管理，保障公众使用医疗器械安全、有效，防止发生区域性、系统性风险，按照国家总局的有关部署和要求，现就加强体外诊断试剂等医疗器械监管的有关工作通知如下：

一、加强体外诊断试剂监管

（一）加强体外诊断试剂生产企业监管

医疗器械生产企业要遵守《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械生产监督管理办法》的规定，不得生产无注册证体外诊断试剂，不得未经备案擅自委托生产。

（二）加强体外诊断试剂经营企业监管

医疗器械经营企业要遵守《医疗器械经营监督管理办法》的规定，不得经营无注册证体外诊断试剂。

（三）加强体外诊断试剂使用单位监管

医疗器械使用单位要遵守《医疗器械使用质量监督管理办法》的规定，不得购进、使用无注册证体外诊断试剂。

未经注册批准的无注册证体外诊断试剂无法保证产品质量安全，更无法保证临床使用的安全性、有效性。要特别针对目前体外诊断试剂生产、经营和临床使用各环节中存在问题比较突出的未经注册的免疫组织化学类体外诊断试剂和未经注册打着“仅供研究、不用于临床诊断”旗号而实际用于临床诊断的体外诊断试剂，重点检查，强化监管。对监督检查中发现的违法违规问题要及时依法查处。

二、加强体外诊断试剂等医疗器械冷链运输、贮存管理的监管

对需要冷藏、冷冻医疗器械产品实施冷链运输、贮存管理，是医疗器械生产、经营质量管理体系和使用质量管理的重要组成部分。按医疗器械管理的大部分体外诊断试剂需要按产品说明书和标签标示的要求进行冷藏（冷冻）贮存、冷链运输。医疗器械生产企业、经营企业和使用单位要做好体外诊断试剂的冷链运输、贮存管理工作，确保体外诊断试剂在生产、经营和使用各环节冷链管理的无缝对接，保证体外诊断试剂质量安全和临床使用安全、有效。

（一）严格落实医疗器械生产企业冷链管理

各设区市局在日常监管中，应将医疗器械生产企业是否按《医疗器械生产质量管理规范》要求做好体外诊断试剂等纳入冷链管理医疗器械的冷链运输、贮存管理工作，保证所生产的医疗器械达到规范要求列入监管的必查内容。监督检查发现问题的，及时按相关规定予以处理。

（二）开展医疗器械经营企业冷链管理监督检查

1. 检查重点内容:

（1）仓储管理。是否建立并落实库房贮存、出入库管理的制度，冷藏冷冻仓库设施设备及维护记录和温度监管记录是否真实完整；备用发电机组或者双回路供电系统能否正常运转；产品存储状态是否符合医疗器械说明书或者标签标示要求；产品包装有否破损；效期预警记录制度是否建立。

（2）冷链运输。是否建立并实施冷藏冷冻运输管理制度；是否有途中应急预案；设施设备是否符合冷藏冷冻医疗器械储运过程中对温度控制的要求；运输方式及运输过程的温度记录等是否完整并符合规定要求；计量器具使用和检定记录是否准确和完整。

（3）质量追溯。进货验收记录、出库复核查验记录、销售记录是否完整；从事第三类医疗器械经营的企业计算机信息管理系统能否保证经营的产品可追溯。

（4）人员培训。质量管理人员和收货、验收、贮存、检查、出库、运输等岗位的工作人员是否经过相关法律法规、专业知识、工作制度和标准操作规程的培训。

2. 检查时间安排

本次检查自 2016 年 4 月 25 日至 6 月 10 日。各设区市局应在 2016 年 6 月 15 日前将本辖区监督检查的总结报告及《医疗器械经营企业冷链管理监督检查情况统计表》（见附件）的电子版和纸质版报送省局。

3. 检查要求

一要加强检查组织。各设区市局要根据本辖区内的实际情况，制定具体监督检查方案，即日起部署对医疗器械经营企业冷链管

理开展监督检查工作。二要组织开展自查。各地要组织辖区内从事纳入冷链管理医疗器械的医疗器械经营企业进行自查并提交自查报告，通过自查，促进企业自身加强冷链管理，提高规范管理水平。三要切实开展监督检查。各地要在全面掌握当地企业冷链管理自查情况下，组织开展检查，全面落实冷链管理的各项要求。四要严格执法，防控风险。对监督检查中发现的问题，必须严格执法。对需要整改的，应要求相关经营企业限期整改，并积极开展跟踪检查，督促整改到位；对整改不到位、管理制度不落实、有可能导致产品质量安全风险，要及时采取停业整顿、直至吊销许可证的行政处罚措施，对监督检查中发现的其他违法违规问题要及时依法查处。

（三）强化医疗器械使用单位冷链管理监督检查

要通过向医疗器械使用单位宣贯《医疗器械使用质量监督管理办法》以及组织对使用单位的各类监管，强化对辖区内医疗器械使用单位冷链管理的监管，保证使用单位切实按照医疗器械产品说明书和标签标示的要求，做好体外诊断试剂等纳入冷链管理医疗器械的验收、贮存与养护等冷链管理工作规范运行。对医疗器械使用单位的冷链管理监督检查情况应及时向当地卫计部门通报。

福建省食品药品监督管理局

2016年4月28日

（公开属性：主动公开）

抄送：国家食品药品监督管理总局医疗器械注册司、监管司、
省卫计委。

附件

医疗器械经营企业冷链管理监督检查情况统计表

填报单位:

累计检查 经营企业 数(户)	累计出 动执法 人次	累计查处 违法违规 单位数	责令整改 (户次)	累计处罚情况	
				警告 (户次)	罚没款金 额(万元)

填表人:

填表时间: