

测试报告

设备编号：多16

测试日期：2024-10-18

序号	测试点(℃)	标准器温度(℃)	红外温度计示值(℃)	示值误差(℃)
1	-30.00	-29.89	-29.73	0.16
2	0.00	0.15	0.25	0.10
3	30.00	30.28	30.51	0.23
4	70.00	70.50	70.34	-0.17

测试员：谢欢

复核员：张素娟