

红外测温仪校准证书

设备编号: N34

校准时间: 2025-06-13 18:13:56

校准温度点	标准温度	测量温度
60.00	60.00	59.07
50.00	50.00	49.25
40.00	40.00	40.31
30.00	30.00	28.46
25.00	25.00	26.50
25.00	25.00	27.58
15.00	15.00	20.18
10.00	10.00	17.18
5.00	5.00	3.63
5.00	5.00	13.47
0.00	0.00	-2.72
0.00	0.00	9.81
0.00	0.00	0.68
0.00	0.00	0.63
-5.00	-5.00	-4.98
-20.00	-20.00	-19.87
-20.00	-20.00	-19.98
-30.00	-30.00	-30.34
-30.00	-30.00	-30.34