

红外测温仪校准证书

设备编号：多17

测量时间：2024-10-18

校准温度(℃)	标准温度(℃)	测量温度(℃)	误差(℃)
-30.00	-29.89	-29.74	0.15
0.00	0.15	0.27	0.11
30.00	30.05	30.01	-0.04
70.00	70.50	70.47	-0.03

测试员：谢欢

复核员：张素娟