

红外测温仪校准证书

设备编号: N51

校准时间: 2025-06-13 15:25:05

校准温度点	标准温度	测量温度
70.00	67.08	66.20
70.00	69.87	70.12
20.00	20.42	19.30
20.00	20.76	19.56
-15.00	-12.53	-12.04
-15.00	-14.90	-14.73
-25.00	-24.92	-24.57
-25.00	-22.21	-22.62