

测试报告

设备编号：多15

测试日期：2024-10-18

序号	测试点(℃)	标准器温度(℃)	红外温度计示值(℃)	示值误差(℃)
1	-30.00	-29.89	-29.90	-0.01
2	0.00	0.15	0.15	-0.01
3	30.00	30.31	30.44	0.13
4	70.00	70.50	70.50	-0.01

测试员：谢欢

复核员：张素娟