

# 测试报告

设备编号: IR27E80034

测试日期: 2024-09-14

序号	测试点(℃)	标准器温度(℃)	红外温度计示值(℃)	示值误差(℃)
1	-20.00	-20.00	-19.93	0.07
2	0.00	0.00	-0.14	-0.14
3	30.00	30.00	29.53	-0.47
4	60.00	60.00	60.19	0.19

测试员: 谢欢

复核员: 张素娟