

红外测温仪校准证书

设备编号：多15

测量时间：2024-10-18

校准温度(℃)	标准温度(℃)	测量温度(℃)	误差(℃)
-30.00	-29.89	-29.90	-0.01
0.00	0.15	0.15	-0.01
30.00	30.31	30.44	0.13
70.00	70.50	70.50	-0.01

测试员：谢欢

复核员：张素娟