

测试报告

设备编号: IR37E80014

测试日期: 2024-10-18

序号	测试点(℃)	标准器温度(℃)	红外温度计示值(℃)	示值误差(℃)
1	-25.00	-24.05	-23.98	0.07
2	-10.00	-9.57	-9.61	-0.04
3	0.00	0.42	0.39	-0.03
4	30.00	30.24	30.22	-0.02
5	50.00	51.05	51.09	0.04
6	70.00	67.83	67.87	0.04

测试员: 谢欢

复核员: 张素娟