

红外测温仪校准证书

设备编号：多19

测量时间：2024-10-18

校准温度(℃)	标准温度(℃)	测量温度(℃)	误差(℃)
-30.00	-29.89	-30.28	-0.39
0.00	0.15	0.23	0.08
30.00	30.23	30.15	-0.08
70.00	70.50	70.47	-0.04

测试员：谢欢

复核员：张素娟