

# 测试报告

设备编号：多18

测试日期：2024-10-18

序号	测试点(℃)	标准器温度(℃)	红外温度计示值(℃)	示值误差(℃)
1	-30.00	-29.89	-29.88	0.01
2	0.00	0.15	0.17	0.02
3	30.00	30.26	30.18	-0.08
4	70.00	70.50	70.31	-0.19

测试员：谢欢

复核员：张素娟