

红外测温仪校准证书

设备编号：多16

测量时间：2024-10-18

校准温度(℃)	标准温度(℃)	测量温度(℃)	误差(℃)
-30.00	-29.89	-29.73	0.16
0.00	0.15	0.25	0.10
30.00	30.28	30.51	0.23
70.00	70.50	70.34	-0.17

测试员：谢欢

复核员：张素娟