

红外测温仪校准证书

设备编号：多18

测量时间：2024-10-18

校准温度(℃)	标准温度(℃)	测量温度(℃)	误差(℃)
-30.00	-29.89	-29.88	0.01
0.00	0.15	0.17	0.02
30.00	30.26	30.18	-0.08
70.00	70.50	70.31	-0.19

测试员：谢欢

复核员：张素娟