(주)신화에이치앤티

# SH-QP-008 모니터링및측정자원관리절차서

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다. 적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

**1. 목적**

**2. 적용범위**

**3. 계측기 관리 절차**

**4. 측정시스템 분석(MSA)**

**5. 교정 부적합 영향평가**

**6. 사내/외 시험실**

**7. 관련 기록**

**8. 책임과 권한**

**9. 보존기간**

**10. 문서관리 및 기록관리**

# SH-QP-008 모니터링 및 측정자원 관리 절차서

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 문서번호 | SH-QP-008 | 개정 | Rev.04 |
| 문서명 | 모니터링 및 측정자원 관리 절차서 | 시행일 | 승인 후 지정 |
| 작성 | 주관부서 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 대표이사/권한자 | 관련조항 | ISO 9001 7.1.5 / IATF MSA·교정·시험실 요구 |
| 개정일 | 2026-11-02 | 개정번호 | Rev.04 |

## 1. 목적

검사 및 시험에 사용하는 측정자원의 정확성, 적합성 및 추적성을 확보하고 측정시스템의 변동을 평가하는 방법을 규정한다.

## 2. 적용범위

계측기, 검사구, 시험장비, 기준기, 측정 소프트웨어 및 사내·외 시험/교정 서비스에 적용한다.

## 3. 계측기 관리 절차

| 단계 | 관리사항 | 기록 |
|---|---|---|
| 선정 | 범위, 분해능, 정확도, 사용환경 검토 | 선정/구매 검토 |
| 등록 | 고유번호, 위치, 주기, 상태 등록 | 계측기 대장 |
| 교정/검증 | 정해진 주기 및 기준에 따라 수행 | 성적서/검증기록 |
| 식별 | 교정상태 및 차기 예정 식별 | 라벨/시스템 |
| 보관 | 충격, 오염, 무단조정 방지 | 점검기록 |
| 이상 | 사용중지, 영향기간·제품 평가 | 이상/영향평가 |
| 폐기 | 승인 후 사용불가 식별 및 대장갱신 | 폐기기록 |

## 4. 측정시스템 분석(MSA)

Control Plan, 고객 요구 또는 회사 기준에서 지정한 측정시스템은 적절한 MSA를 수행한다. 계량형 Gauge R&R, Bias, Linearity, Stability 및 계수형 분석 등은 측정 특성과 고객 요구에 따라 적용한다.

- 신규 계측/검사 시스템 도입 시
- 중대한 수리 또는 변경 후
- 측정자/방법/치공구 변경 시 필요성 평가
- 정기 재분석은 고객 및 내부 기준에 따라 수행

## 5. 교정 부적합 영향평가

교정 또는 검증에서 허용범위를 벗어난 장비가 발견되면 마지막 유효상태 이후의 측정결과를 평가한다. 필요 시 관련 제품 격리, 재측정, 고객 통보 및 시정조치를 수행한다.

## 6. 사내/외 시험실

사내 시험실은 시험범위, 방법, 적격인원, 장비 및 기록을 정의한다. 외부 시험/교정기관은 적용되는 고객 요구 및 인정범위를 확인하여 선정한다.

## 7. 관련 기록

| 기록 | 책임 |
|---|---|
| 계측기/검사구 대장 | 품질 |
| 교정·검증 성적서 | 품질 |
| MSA 계획/결과 | 품질 |
| 교정 부적합 영향평가 | 품질/관련부서 |
| 시험실 적격성 자료 | 품질 |

## 8. 책임과 권한

작성: 주관부서 담당 / 검토: 품질책임자 / 승인: 대표이사/권한자. 주관부서는 본 문서의 운영과 개정을, 검토자는 내용 검토를, 승인권자는 승인과 배포를 책임진다.

## 9. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

## 10. 문서관리 및 기록관리

관련 기록은 SH-QP-002 문서화된 정보 관리 절차서와 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따라 관리한다.