(주)신화에이치앤티

SH-WI-006 계측기사용및일상점검표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다.

적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 사용 전 확인

3. 측정방법

4. 사용 후 보관

5. 이상 계측기

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-006 계측기 사용 및 일상점검 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-006	개정	Rev.04
문서명	계측기 사용 및 일상점검 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-008 / SH-QP-013
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

현장에서 사용하는 계측기의 유효상태와 기능을 작업 전에 확인하고 올바른 측정방법을 적용하여 신뢰성 있는 검사결과를 확보한다.

2. 사용 전 확인

순서	확인사항	정상기준	이상 시
1	계측기 번호	대장/검사계획과 일치	사용보류
2	교정상태	유효기간 내	품질 통보
3	외관	파손·오염·부식 없음	세척/교체
4	영점/기능	영점 및 작동 정상	재설정/사용금지
5	측정범위	규격에 적합한 범위/분해능	적정기기 사용

3. 측정방법

- 측정면과 제품의 이물·버 제거 후 측정
- 검사기준에 지정된 위치·방향·방법 준수
- 과도한 측정압력 또는 계측기 비틀림 금지
- 측정값은 반올림 기준을 임의 변경하지 않고 기록
- 온도 등 환경조건 영향이 큰 측정은 지정조건 준수

4. 사용 후 보관

측정면을 청결히 하고 지정 케이스/보관장소에 보관한다. 충격, 습기, 오염, 자석 및 무단조정을 방지한다.

5. 이상 계측기

낙하, 파손, 영점불량, 교정기한 초과 또는 측정 이상이 발견되면 즉시 사용중지 표시를 하고 품질에 인계한다. SH-QP-008에 따라 과거 측정제품 영향평가를 실시한다.

6. 적용범위

본 문서는 계측기 사용 및 일상점검 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 사용 전 확인', '3. 측정방법', '4. 사용 후 보관', '5. 이상 계측기'에서 정한 절차에 따른다.