(주)신화에이치앤티

SH-QP-008 모니터링및측정자원관리절차서

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본 12)의 SH-QP-008 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 적용범위

3. 계측기 관리 절차

4. 측정시스템 분석(MSA)

5. 교정 부적합 영향평가

6. 사내/외 시험실

7. 관련 기록

8. 책임과 권한

9. 보존기간

10. 문서관리 및 기록관리

SH-QP-008 모니터링 및 측정자원 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-008	개정	Rev.03
문서명	모니터링 및 측정자원 관리 절차서	시행일	2026-09-01
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 7.1.5 / IATF MSA·교정·시험실 요구
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

검사 및 시험에 사용하는 측정자원의 정확성, 적합성 및 추적성을 확보하고 측정시스템의 변동을 평가하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

계측기, 검사구, 시험장비, 기준기, 측정 소프트웨어 및 사내·외 시험/교정 서비스에 적용한다.

3. 계측기 관리 절차

단계	관리사항	기록
선정	범위, 분해능, 정확도, 사용환경 검토	선정/구매 검토
등록	고유번호, 위치, 주기, 상태 등록	계측기 대장
교정/검증	정해진 주기 및 기준에 따라 수행	성적서/검증기록
식별	교정상태 및 차기 예정 식별	라벨/시스템
보관	충격, 오염, 무단조정 방지	점검기록
이상	사용중지, 영향기간·제품 평가	이상/영향평가
폐기	승인 후 사용불가 식별 및 대장갱신	폐기기록

4. 측정시스템 분석(MSA)

Control Plan, 고객 요구 또는 회사 기준에서 지정한 측정시스템은 적절한 MSA 를 수행한다. 계량형 Gauge R&R, Bias, Linearity, Stability 및 계수형 분석 등은 측정 특성과 고객 요구에 따라 적용한다.

- 신규 계측/검사 시스템 도입 시
- 중대한 수리 또는 변경 후
- 측정자/방법/치공구 변경 시 필요성 평가
- 정기 재분석은 고객 및 내부 기준에 따라 수행

5. 교정 부적합 영향평가

교정 또는 검증에서 허용범위를 벗어난 장비가 발견되면 마지막 유효상태 이후의 측정결과를 평가한다. 필요 시 관련 제품 격리, 재측정, 고객 통보 및 시정조치를 수행한다.

6. 사내/외 시험실

사내 시험실은 시험범위, 방법, 적격인원, 장비 및 기록을 정의한다. 외부 시험/교정기관은 적용되는 고객 요구 및 인정범위를 확인하여 선정한다.

7. 관련 기록

기록	책임
계측기/검사구 대장	품질
교정·검증 성적서	품질
MSA 계획/결과	품질
교정 부적합 영향평가	품질/관련부서
시험실 적격성 자료	품질

8. 책임과 권한

작성: 주관부서 담당 / 검토: 품질책임자 / 승인: 대표이사/권한자. 주관부서는 본 문서의 운영과 개정을, 검토자는 내용 검토를, 승인권자는 승인과 배포를 책임진다.

9. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

10. 문서관리 및 기록관리

관련 기록은 SH-QP-002 문서화된 정보 관리 절차서와 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따라 관리한다.