

## INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDOR

INF-VER-2026-000001 · Versión 1 · 05/09/2026 19:13

### 1. DATOS DEL TÉCNICO Y EL SOCIO

Mecánico: qa\_mecanico\_20260905  
Usuario/Conexión: 49998  
Socio: CALIZAYA GUERRERO ERLINDA INOENCIA  
Dirección: No registrado  
Documento/RUC: 1865214 / 1:1865214  
Origen: ODECO - QA-ODECO-01

### 2. DATOS DEL MEDIDOR

Marca: HDM  
Serie: 682863  
Capacidad nominal Q3: M3H  
Tipo: VELOCIMETRO MAG.  
Clase: B  
Diámetro: 1/2"  
Fecha de conexión/registro: 30/04/2026

### 3. VERIFICACIÓN

Fecha/hora de verificación: 05/09/2026 19:13  
Tipo de ensayo: Prueba de exactitud  
Instrumento o banco: Banco PATRON B1  
Tipo de caudal: MEDIO  
Caudal: 15 m3/h

### 4. PARTICIPANTES

JUAN PEREZ - Tecnico verificador - Personal COSAALT

### 5. LECTURAS Y VOLUMENES

Primera lectura: 10,00  
Segunda lectura: 20,04  
Volumen registrado: 10,0400  
Volumen patrón: 10,0000  
Diferencia: 0,0400

### 6. ERROR Y RESULTADO

Error con signo: 0,40 %  
Error absoluto: 0,40 %  
Parámetro normativo utilizado: Sin parametro aplicable  
Límite permitido: N/A %  
RESULTADO: CUMPLE

### 7. FUGAS

Registra fuga: No  
Tipo de fuga: No reportado

### 8. CONDICIONES Y OBSERVACIONES

Condiciones: -  
Observaciones: Prueba E2E QA

### 9. RESPONSABLE

Responsable: qa\_mecanico\_20260905  
Firma del responsable:

---