

INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDOR

INF-VER-2026-000002-V2 - Versión 2 - 06/09/2026 23:24

1. DATOS DEL TÉCNICO Y EL SOCIO

Mecánico: mecanico
Registro socio: 12558
Código/Conexión: No registrado
Socio: CASTRO BALDIVIEZO JOSE G.
Dirección: QA E2E - Plaza Los Laureles - Punto 11
Documento/RUC: 0 / 4:12558
Origen: LECTURA - QA-LECTURA-01

2. DATOS DEL MEDIDOR

Marca: HDM
Serie: 682733
Capacidad nominal Q3: 3
Tipo: Velocimetro Mag.
Clase: "B"
Diámetro: 1/2"
Fecha de conexión/registro: 29/04/2026

3. VERIFICACIÓN

Fecha/hora de verificación: 06/09/2026 19:01
Tipo de ensayo: Laboratorio
Instrumento o banco: Banco de prueba COSAALT
Tipo de caudal: Q3 permanente
Caudal: 3 m³/h

4. PARTICIPANTES

Juan Pérez - Técnico - Técnico verificador

5. LECTURAS Y VOLÚMENES

Primera lectura: 100,00
Segunda lectura: 110,04
Volumen registrado: 10,0400
Volumen patrón: 10,0000
Diferencia: 0,0400

6. ERROR Y RESULTADO

Error con signo: 0,40 %
Error absoluto: 0,40 %
Parámetro normativo utilizado: QA-CAUDAL-BAJO
Límite permitido: 5,00 %
RESULTADO: CUMPLE

7. FUGAS

Registra fuga: No
Tipo de fuga: No aplica

8. CONDICIONES Y OBSERVACIONES

Condiciones: Ensayo realizado en condiciones estables del banco de prueba.
Observaciones: Prueba QA para validación del flujo M5, M6 y M7.

9. RESPONSABLE

Responsable: Luis Choque

Firma del responsable:
