



睡眠呼吸モニター 87～89

87★★★




電極やモニターを装着し、最低 5 チャンネルの記録を行う。

88★★★



無呼吸低呼吸指数が 20 の場合、軽症である。


89★★★



簡易呼吸検査（携帯型装置）の結果のみでは continuous positive airway pressure (CPAP) 療法は開始できない。


新型コロナウイルス感染症 (coronavirus disease 2019: COVID-19) における検査

90★★★




核酸検出検査、抗原検査が測定可能である。

91★★★




抗原検査は測定に 3 時間以上かかり簡便には行えない。

92★★★




抗原定性検査は、無症状者に対して確定診断を行う際に推奨される。

93★★★



抗体検査が陽性の場合、全例で隔離が必要である。

94★★★



有症状者に対して、発症から 10 日目以降であれば検体として唾液が推奨される。