

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: 주식회사에어가스코리아
- 소재지: 인천광역시 서구 가정로37번길 25

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]/[별표 3의3]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2023. 06. 26. ~ 2023. 06. 27. (2일)
- 실사자

소속	부서	성명
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	이채은
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	한정민

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

제조업체	제품(성분)명	비고
주식회사에어가스코리아	에어가스코리아의료용산소	비무균/완제
	에어가스코리아의료용질소	비무균/완제
	에어가스코리아의료용 이산화탄소	비무균/완제
	에어가스코리아의료용 아산화질소	비무균/완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항 있음
- 지적(보완)사항 분류 : 기타 7건

분야	구분	근거 법령	지적(보완)사항 요약
시설장비	기타	[별표 1] 제2.1호	- 제조에 사용하는 중요 기계·설비의 정기적 점검절차를 마련할 것
제조	기타	[별표 1] 제6.2호 및 제8.1호 [별표 3의3] 제5호	- 공정 밸리데이션 시 미리 설정된 기준에 대해 검증할 것 - 제조지시 및 기록서에 작업시간, 충전완료에 대한 점검결과 등을 포함할 것

분야	구분	근거 법령	지적(보완)사항 요약
시험실	기타	[별표 1] 제4.2호 및 제7.1호 [별표 3의3] 제7호	- 의료기관 탱크의 품질시험 절차를 마련할 것 - 이동식 초저온 용기의 품질시험 절차를 상세히 마련할 것
원자재	기타	[별표 1] 제8.2호 및 제10.1호, 제10.2호	- 표시재료의 발행 및 폐기 절차를 마련할 것 - 자재입고 시 시험 결과 확인 절차를 마련할 것 - 보관관리 규정에 따라 보관장소를 구분·보관할 것



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과