

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: 유니온산업가스(주)
- 소재지: 경기도 화성시 정남면 시청로 1732-69

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]/[별표3의3]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2024. 02. 06. ~ 2024. 02. 07. (2일)
- 실사자

소속	부서	성명
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	신동한
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	안창수

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

제조업체	제품(성분)명	비고
유니온산업가스(주)	유니온산업의료용산소	비무균/완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항 있음
 - 지적(보완)사항 분류 : 기타 5건

분야	구분	근거 법령	지적(보완)사항 요약
품질경영	기타	[별표 1] 제5.1호, 제5.2호, 제12호, 제14호	- 문서 작성 및 관리(보관 포함)를 철저히 할 것 - 기준서 개정 시 변경관리 절차를 준수할 것 - 교육계획서 및 보고서 작성, 평가 방법을 준수할 것
시설장비	기타	[별표 1] 제2.1호	- 압력계 교정을 주기적으로 실시할 것
제조	기타	[별표 1] 제8.2호	- 제조지시 및 기록서에 지시된 내용을 수행할 것



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과