

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: 이화산업가스주식회사
- 소재지: 인천광역시 부평구 백범로 578번길 32(십정동)

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2024. 4. 25. ~ 2024. 4. 26. (2일)
- 실사자

소속	부서	성명
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	김성년
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	최혜정

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

제조업체	제품(성분)명	비고
이화산업가스주식회사	이화의료용산소 이화의료용질소	비무균/완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항 있음
- 지적(보완)사항 분류 : 기타 3건

분야	구분	근거 법령	지적(보완)사항 요약
품질경영	기타	[별표 1] 5.1 [별표 1] 11	- 기준서 등의 문서가 최근에 개정된 것인지를 확인하는 절차를 마련하고 그 결과를 제출할 것 - 제품 모의회수를 실시하고 그 결과를 제출할 것
시설장비	기타	[별표 1] 2.1	- 고압가스 제조설비 적격성평가를 실시하고 그 결과를 제출할 것



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과