

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: 영풍제약(주)
- 소재지: 인천광역시 남동구 함박피로 333

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1] 완제의약품 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2024. 12. 10. ~ 12. 12 (3일간)
- 실사자

소속	부서	성명
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	김현지
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	신동한
경인지방식품의약품안전청	의료제품실사과	감현희

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

제조업체	제품(성분)명	비고
(주)영풍제약	구루치온정100밀리그램(글루타티온(환원형)), 구루메포민정500mg(메트포르민염산염), 알바롤연질캡슐	비무균/완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항 있음
- 지적(보완)사항 분류 : 중요 3건, 기타 15건.

분야	구분	근거 법령	지적(보완)사항 요약
품질경영	중요	[별표 1] 제6.4호	[Redacted]
시험실	중요	[별표 1] 제7.2호	[Redacted]
품질경영	기타	[별표 1] 제1의2호, 제3.3호, 제5.1호, 제6.2호, 제6.4호, 제9.1호, 제9.2호,	[Redacted] - 공급업체 평가가 적절히 이루어지고 있지 않음. - 문서의 정기검토가 적절히 이루어지고

		제9.3호, 제12호, 제14호	있지 않음. - 재 밸리데이션 주기 설정에 대한 근거가 없으며, 일부 제품의 공정 밸리데이션 보고서를 작성하지 않음. - 재 밸리데이션 주기가 경과되었으나, 재 밸리데이션을 실시하지 않음. - 수동으로 세척하는 설비에 대한 효율성을 확인하지 않음. _____ _____ - _____ 및 점검기록등의 기록이 적절히 작성되지 않음. _____ _____ _____ - 변경관리기준서에 따라 변경관리를 실시하지 않음. - 교육훈련 규정에 따른 교육을 실시하지 않음.
시설장비	기타	[별표 1] 제2.1호, 제2.3호	_____ _____ _____ _____ _____ - 제조장비의 적격성평가를 적절히 실시하지 않음. - 작업실 온습도 점검 차압 점검 환경모니터링을 적절히 실시하지 않음.
제조	기타	[별표 1] 제8.1호	- 제조장비에 대한 사용, 청소 기록이 적절히 작성되지 않음. - 원료 및 반제품을 담는 PE백에 대한 관리방안이 없음. _____ _____
시험실	기타	[별표 1] 제7.2호	- 안정성 시험 기준서가 미흡함
원자재	기타	[별표 1] 제2.1호, 제10.2호	- 보관소의 시설 청소, 도면 출입절차, 방충방서 관리가 미흡함 - 보관소 온습도계의 교정일자가 초과됨 - 원료의 보관조건과 기준서의 보관조건이 상이함



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과