

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 나주신일가스주식회사
- 소재지: 전남광주통합특별시 나주시 동수농공단지길 124

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1], [별표 3의3]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 12. 15. ~ 2025. 12. 16. (2일)
- 실사부서

기관	부서
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
나주신일가스주식회사	비무균-일반제제(의료용고압가스) -가스제(의료용고압가스)	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
품질	중요	[별표 1] 제3.4호	GMP 위원회 정기회의 및 기록 관리 미실시	보완 완료
	중요	[별표 1] 제5.1호 마목	기준서 및 SOP 정기점검 미실시	보완 완료
	기타	[별표 1] 제1의2호	데이터 완전성 전담 조직의 독립성 결여 및 전담 조직 구성 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제3.2호	제조부서책임자 위임 불가 업무의 대행자 지정 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제3.2호 다목	의료용 가스 제품의 선입선출 및 재고 관리 미흡	보완 완료

	기타	[별표1] 제3.3호	품질부서책임자 위임 불가 업무의 대행자 지정 및 운영 부적절	보완 완료
	기타	[별표 1] 제3.3호 하목	공급업체 평가 및 감사 체계의 객관적 근거 확보 미흡, 공급업체 평가 판정 결과 누락	보완 완료
	기타	[별표 1] 제5.1호 가목	기준서 내 문서관리대장 운영 절차 반영 누락	보완 완료
	기타	[별표 1] 제5.1호 나목	제조소 총람 일부 항목 미작성	보완 완료
	기타	[별표 1] 제5.2호 나목	외장하드 업데이트 이력 관리 및 기록 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제6.1호 나목	주기적 재밸리데이션 수행 절차 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제13호 다목	자율점검 기준서 내 점검 범위 반영 미흡	보완 완료
시설장비	중요	[별표 1] 제2.1호	산소 벌크탱크 내 의료용비의료용 가스 혼용 사용 및 이에 대한 품질 동등성 입증 자료 부재	보완 완료
	기타	[별표 1] 제2.1호	시설·설비 및 시스템의 관리 상태 유지 를 위한 적격성평가 체계 미흡, 온도계 교정 관리 미흡 및 추적성 결여, 적격성평가 계획서 작성 미흡 및 결과 판정을 포함한 최종 보고서 누락, 설비 이력 관리 및 점검 기록 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제9.1호 가목	작업모 보관 상태 불량 및 위생 관리 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제9.2호 가목	작업실 및 설비 청소 기록 관리 미흡	보완 완료
제조	기타	[별표 1] 제4.1호	제품표준서 내 제품 허가 사항의 현행화 미비 및 제조 공정 관리 기준 설정 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제6.2호 가목	액체산소 충전 공정 밸리데이션의 검체 채취 기준 미흡	보완 완료

	기타	[별표 1] 제8.1호	제조지시 및 기록서 서식의 구성 미비 및 일부 항목 누락, 퍼징시간, 충전 허용범위, 검체 채 취 등의 운영 사항 관리 미흡, 기준서 내 미운영 품목 포함에 따른 문서 관리 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제8.2호 나목	오기된 적합 판정 라벨 방치 및 관리 미흡	보완 완료
시험실	중요	[별표 1] 제4.2호	시험 결과 기록 누락 및 품질부서책임자의 검토·승인 미 실시	보완 완료
	기타	[별표 1] 제6.6호	바코드시스템 운영 기준서 및 성능 점검 기록 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.1호 나목	이동식 초저온 용기 시험 관련 SOP 반영 미흡, 검지관의 분석 시간 설정 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.1호 사목	원료가스 검체 채취 지점의 기준서 관리 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.1호 카목	표준품 목록 대장 및 증빙 서류 관리 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.2호 다목	안정성 시험 결과 보고서의 관리 미흡 및 증빙 자료 누락	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.3호 가목	제품품질평가 내 안정성 검토 기록 미흡	보완 완료
포장표시	기타	[별표 1] 제10.1호 다목	표시재료 관리대장 기록 관리 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제10.2호 라목	표시/포장 자재 및 라벨 보관 관리 미흡	보완 완료

- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
- 2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨
 - 지적사항 중 ‘중대·중요’ 건은 행정처분 부과, ‘기타’ 건은 시정·보완토록 함
 - 행정처분 부과가 확정되면 ‘의약품안전나라 행정처분정보’를 통해 공개됨
 - ‘중대·중요’ 지적사항은 보완 완료 후, ‘기타’ 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함
- 3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



광주지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과