

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 제주대학교병원
- 소재지: 제주특별자치도 제주시 아란13길 15

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1], [별표 3의2]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2026. 2. 10. ~ 2026. 2. 11. (2일간)
- 실사부서

기관	부서
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
제주대학교병원	무균-일반제제(방사성의약품)-주사제(주사제)	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
시설장비	기타	[별표 1] 제21호 아목	제조 및 시험 설비 시간 관리 절차 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제22호 나목	Audit Trail과 사용 대장의 일치 확인을 위한 세부 실행 절차 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제23호 가목	청정구역 관리 기준 및 환경·작업원 모니터링 관련 기준서의 현행화 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제9.3호 가목	소독제 효과성 및 무균성 자료 미비, 자사 기준서 내 소독제 관리 세부 항목 반영 미흡	보완 완료

품 질 경영	기타	[별표 1] 1의2	오염 관리 전략(CCS) 수립 절차 미비	보완 완료
	기타	[별표 1] 제3.1호 다목	제조-품질부서 책임자의 업무 대행 범위 설정 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제3.3호 하목	시험 위탁 관리 절차 미비	보완 완료
	기타	[별표1] 제5.2호 가목	기록서 보관 주기 설정 미흡	보완 완료
	기타	[별표1] 제6.2호 다목	무균공정 모의시험 내 간섭 기록 누락	보완 완료
	기타	[별표 1] 제12호 가목	엔도톡신 신규 장비 도입 관련 변경관리 기록 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제14호 나목	무균작업자 교육 및 갱의적격성평가 미흡	보완 완료
제 조	기타	[별표 1] 제8.1호 아목	분배하셀 내 중요 공정 전 기간에 대한 부유입자 및 생물성 입장 모니터링 기록 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제8.1호 다목	포장 공정 내 표시 자재 관리 세부 사항 반영 미흡	보완 완료

- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
- 2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨
 - 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함
 - 행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨
 - '중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함
- 3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



광주지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과