

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT LEBEN WERDEN HILFEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 08	Bezeichnung des Dokumentes: Kontrolle und Messung des Blutdrucks	

Durchführender:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

Pflegeziel:

- Kontrolle der Vitalfunktionen
- krankhafte Veränderungen frühzeitig wahrnehmen

Indikation:

- bei neu aufgenommene Patienten bzw.
- nach Unfällen/Stürzen bzw.
- bei erheblichen Veränderungen im Rahmen der Krankenbeobachtung bzw.
- nach ärztlicher Anordnung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung durch Patienten

Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Patient informieren
- Oberarm freimachen
- Blutdruckmessgerät und Stethoskop bereitlegen

Material:

- Blutdruckmessgerät/Stethoskop

Durchführung:

- Einsichtnahme in die Maßnahmeplanung
- beengende Kleidungsstücke am Oberarm entfernen und den Arm auf eine glatte Unterlage in Herzhöhe lagern
- Reinigung der Kontaktflächen mit Alkoholtupfer
- Manschette luftleer machen und straff am Oberarm anlegen
- Ventil schließen
- Luft in Manschette pumpen
- Stethoskop in der Ellenbeuge ansetzen
- Oliven am Ohrbügel in die Ohren stecken und dann das Ventil der Blutdruckmanschette sehr langsam öffnen
- den ersten Ton (Systole) auf der Skala ablesen
- weiter das Ventil der Manschette betätigen
- wenn der letzte Ton (Diastole) hörbar ist, den Wert ablesen
- Manschettendruck weiter ablassen bis die Manschette luftleer ist
- Wert notieren
- Kleidungsstücke richten
- bei Verwendung anderer Messgeräte gelten die Hinweise des Herstellers

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT LIEBE WERTSCHÜTZEND
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 08	Bezeichnung des Dokumentes: Kontrolle und Messung des Blutdrucks	

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- Bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. an die diensthabende PFK oder an den Arzt

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA