Seucid N

Endoskopu un medicīnisko ierīču dezinfekcijai

Glutaraldehīda 2% šķīdums, gatavs lietošanai

Norādījumi

Endoskopu, medicīnisko instrumentu un ierīču dezinfekcijai.

Norādījumi lietošanai

Medicīniskie un ķirurģiskie instrumenti:

Ieliet Sekucid N instrumentu vannā. Iegremdēt iepriekš notīrītus instrumentus. Ekspozīcijas laiks – 20 minūtes, iedarbības uz sporām laiks – 2 stundas. Skalot bagātīgi un rūpīgi ar atbilstošas kvalitātes ūdeni.

Sastāvs: glutaraldehīds, pH stabilizators, antikorozijas viela.

Iedarbība

Baktricīds: EN 1040, NF T 712-171; Iedarbojas uz Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium, Mycobacterium xenopi. Fungicīds: EN 1275; Antivīrusu līdzeklis: NF T 72-180. Iedarbojas uz vīrusiem HVB, HVC μ HIV1. Iedarbojas uz Bacillus cereus, Clostridum sporogenes sporām (metodoloģija NF 72-231/5 log ekspozīcija 1 stunda) un uz Bacillus subtilus sporām (metodoloģija T 72-301/3 ekspozīcija 1 stunda).

Ieteikumi

Strādāt pielāgotā un labi vēdināmā telpā. Starp lietošanas reizēm instrumentu vannu noslēgt Regulāri apkopt instrumentu vannas. Šķidruma nomaiņas biežums ir atkarīgs no izpildīto procedūru skaita. Lietot pārbaudītas mikrobioloģiskās kvalitātes ūdeni.

Fasējums

Kārba ar divām 5 litru kannām.

C€ 0297