

st01281_chamber44_2018-06-01_fit

Slope = $134.67 \pm 6.96 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $5.67 \pm 0.30 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-01 1

