

Retest01\_chamber0\_2018\_04\_13\_fit

Slope =  $96.55 \pm 13.16 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $4.61 \pm 0.64 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-13 1

