

bkg16\_2\_chamber16\_2018\_03\_27\_fit

Slope =  $-4.47 \pm 7.29 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $-0.21 \pm 0.34 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

