

st01355_chamber22_2018_06_05_fit

Slope = $140.43 \pm 12.98 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.09 \pm 0.57 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-05 1

