

st01288_chamber29_2018_06_01_fit

Slope = $97.67 \pm 8.46 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $5.11 \pm 0.46 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-06-01 1

