

bkg46_chamber46_2018_03_23_fit

Slope = $3.42 \pm 4.72 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.15 \pm 0.21 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-23 1

