

err5_085_chamber31_2018_04_06_fit

Slope = $293.08 \pm 8.07 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $14.13 \pm 0.47 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-06 10

