

st01294\_chamber34\_2018\_06\_01\_fit

Slope =  $120.29 \pm 8.30 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $5.92 \pm 0.44 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-06-01 1

CO2 level (PPM)

220

200

180

160

140

0

1000

2000

3000

4000

5000

time (s)

