

err3_050_chamber25_2018-04-12_fit

Slope = $1.7784 \pm 9.63 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $8.54 \pm 0.65 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement 2018-04-12 1

