

st01295_chamber35_2018-06-01_fit

Slope = $12.57 \pm 8.27 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $5.48 \pm 0.41 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-06-01

