

bkg47\_2\_chamber47\_2018.03.27\_fit

Slope =  $4.87 \pm 5.11 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $0.22 \pm 0.23 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

