

bkg5_2_chamber5_2018-03-27_fit

Slope = $-1.60 \pm 4.65 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $-0.08 \pm 0.23 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

