

err1\_043\_chamber27\_2018-04-02\_fit

Slope =  $236.12 \pm 2.56 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $11.92 \pm 0.51 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-02 12

