

GtBent19_chamber19_2018_04_06_fit

Slope = $759.45 \pm 12.50 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $35.79 \pm 0.92 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement \square 2018-04-06 10

