

sm_1in_chamber 27_2018_04_16_fit

Slope = $336.83 \pm 1.20 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $17.00 \pm 0.71 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-16

