

ST01317\_chamber9\_2018\_06\_05\_fit

Slope =  $267.58 \pm 0.33 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $12.79 \pm 0.34 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-06-06 09

