

ST01318_chamber10_2018-06-05_fit

Slope = $261.31 \pm 0.33 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $12.42 \pm 0.33 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement \square 2018-06-06 09

