

st01343_chamber11_2018-06-05_fit

Slope = $139.51 \pm 8.86 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.76 \pm 0.45 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement 2018-06-05 1

