

err2_045_chamber28_2018_04_04_fit

Slope = $94.45 \pm 14.87 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $4.46 \pm 0.72 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-04 0

